

仕様書に対する質問・回答書 2

令和 8 年 2 月 2 7 日

物品・委託役務等の名称 (規格・数量等)	地域交流センター・保育施設等 AED 賃貸借
-------------------------	------------------------

No	質問事項	回答
1	仕様書 8 機器の使用について (9) 遠隔管理システム及び稼働状況レポート等の提出は不要とする。とありますが遠隔管理システムは必要ない認識で間違えないでしょうか。	遠隔管理システムについてのレポート提出は不要という認識です。
2	参考品名 フィリップス ハートスタート FRx とありますが『耳マーク』取得機種が対象の認識でよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。
3	参考品名 フィリップス ハートスタート FRx とありますが、セミオートの機種が対象の認識でよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。