

仕様書に対する質問・回答書

令和8年3月27日

物品・委託役務等の名称 (規格・数量等)	地域交流センター・保育施設等AED貸貸借 (その2)
-------------------------	----------------------------

No	質問事項	回答
1	<p>3 指定品</p> <p>旭化成ゾールメディカル ZOLL AED3</p> <p>(7) 電気ショックが必要と機器が判断したあとに、電気ショックが不要な心電図波形に変化した場合は自動的に電気ショックを中止する機能を有すること。</p> <p>※自動的に電気ショックを中止する機能は無しですが指定品で大丈夫ですか</p>	<p>仕様書を訂正します。</p> <p>8(7)削除</p>
2	<p>9 消耗品</p> <p>(1) 電極パッドは、小学生～大人用1組 (または共通パッド1組)は本体にすぐ装着できる状態とし、予備の電極パッドについてはキャリングケース内に収納されていること。</p> <p>※消耗品を箱から取り出し背面ポケットでの収納は出来るのですが大丈夫ですか</p>	<p>問題ありません。</p>